



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ТОМСКОЕ ПИВО

**ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО»**

634028, Россия, г. Томск, Московский тракт, 46. Тел.: (3822) 42 38 35, Факс: (3822) 42 37 41

e-mail: [office@beer.tomsknet.ru](mailto:office@beer.tomsknet.ru),

ПАО «Томскпромстройбанк», р/с 40702810006290001845

ОГРН 1027000863141; ОКПО 00351432; ИНН 7018011045; КПП 701701001

Генеральному директору  
ООО «НИИИТ»

Семькину Ивану Сергеевичу

123592, город Москва, ул Кулакова, д. 20 стр. 1л, помещ. 1/3

*Благодарственное письмо за поставку газоаналитической системы  
«СЕНСОН-СВ5031».*

**Уважаемый Иван Сергеевич!**

ОАО «Томское пиво» на протяжении двух лет успешно эксплуатирует газоанализаторы модели «Сенсон СВ 5031». Первоначально наша организация установила два прибора для уличного мониторинга концентрации аммиака. В дальнейшем, убедившись в их надёжности, дополнительно были приобретены ещё два устройства — для эксплуатации внутри помещения аммиачно-компрессорного цеха (АКЦ). В ходе эксплуатации оборудование продемонстрировало стабильную работу в различных условиях: на открытых площадках при экстремально низких температурах (ниже  $-40^{\circ}\text{C}$ ) — отсутствие сбоев, ложных срабатываний и потери точности измерений; внутри аммиачного компрессорного цеха — надёжный непрерывный контроль концентрации аммиака с погрешностью в пределах  $\pm 10\%$ . Особо отмечаем удобство технического обслуживания: поверку можно проводить без демонтажа всего прибора - достаточно снять только сенсоры. Это существенно сокращает время простоя оборудования и упрощает выполнение регламентных работ. Газоанализаторы успешно интегрированы в нашу систему измерений и обеспечивают передачу данных в режиме реального времени через аналоговый выход (4–20 мА). Подтверждено соответствие заявленным техническим характеристикам, в т. ч.: рабочий температурный диапазон: от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ ; устойчивость к высокой влажности; стабильность показаний в условиях производственных помех.

**Итоги:**

Газоанализаторы «Сенсон СВ 5031» полностью удовлетворяют требованиям ОАО «Томское пиво» к надёжности, точности и удобству обслуживания. Оборудование зарекомендовало себя как эффективное решение для контроля загазованности как на открытых площадках в условиях сурового климата, так и в производственных помещениях. Выражаем благодарность производителю за качественное и функциональное оборудование. Рекомендуем модель «Сенсон СВ 5031» к применению на промышленных объектах.

С уважением,

Старший инженер-метролог

ОАО «Томское пиво»

  
(подпись)

Кривоzubов Антон Леонидович

